



โรงพยาบาลวังเจ้า อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก

ระเบียบปฏิบัติ คู่มือการปฏิบัติงาน / วิธีการทำงาน /แนวทางเวชปฏิบัติ

ประเภทเอกสาร	วิธีปฏิบัติงาน	
ชื่อเอกสาร	แนวทางปฏิบัติหลังให้บริการถ่ายภาพทางรังสี	
รหัสเอกสาร	WI-RAD-๐๐๙	
แผนกที่เกี่ยวข้อง	ไม่มี	
วันที่ประกาศใช้	๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖	
ผู้จัดทำ	กลุ่มงานรังสีวิทยา	(นายธนากร จันทریانนท์) หน่วยงาน กลุ่มงานรังสีวิทยา
ผู้ทบทวน	ประธานคณะกรรมการจัดทำ คู่มือการบริการ	(นางสาวศรสวรรค์ นุ่มมีศรี)
อนุมัติโดย	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังเจ้า	(นายพิจารณ์ สารเสวก)

ฉบับ ทบทวน ครั้งที่ ๐๑

จำนวน ๑ หน้า

โรงพยาบาลวังเจ้า	หน้า ๑/๑
วิธีปฏิบัติงาน เลขที่ : WI-RAD-๐๐๙	ฉบับ ทบทวน ครั้งที่ : ๑
เรื่อง : แนวทางปฏิบัติหลังให้บริการถ่ายภาพทางรังสี	วันที่ : ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖
แผนก : กลุ่มงานรังสีวิทยา	แผนกที่เกี่ยวข้อง : ไม่มี
ผู้จัดทำ : นายธนากร จันทร์ยานนท์	ผู้อนุมัติ : ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังเจ้า

วิธีปฏิบัติงาน : แนวทางปฏิบัติหลังให้บริการถ่ายภาพทางรังสี

๑.วัตถุประสงค์ (Objectives) เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหลังให้บริการถ่ายภาพทางรังสี

๒.ขอบเขต (Scope) ครอบคลุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รังสีในกลุ่มงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลวังเจ้า จังหวัดตาก

๓.คำจำกัดความ (Definition)

ใบvisit คือ ใบที่โรงพยาบาลพิมพ์ให้เพื่อใช้ยืนยันตัวตนของผู้ป่วย มีชื่อ-นามสกุล อายุ ผู้ป่วย

๔. หน้าที่ความรับผิดชอบ (Responsibilities)

เจ้าหน้าที่รังสีที่ให้บริการถ่ายภาพรังสีผู้ป่วยแล้ว

๑. แนะนำผู้ป่วยให้ไปทำอะไรต่อ ที่ไหน
๒. ทำความสะอาดและเก็บ อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้งาน ให้เป็นระเบียบพร้อมใช้

๕. ขั้นตอนการปฏิบัติหรือระเบียบปฏิบัติ (Procedure)

การแนะนำผู้ป่วยหลังถ่ายภาพเสร็จแล้ว

- ๑.กรณีที่ต้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ให้ไปเปลี่ยนผ้าที่ห้องเปลี่ยนผ้า และให้นำผ้ารพ.มาใส่ไว้ในถังที่จัดไว้ให้
- ๒.คืนใบ Visit ให้ผู้ป่วยและเตือนผู้ป่วยเรื่องของที่อาจจะลืมไว้ในห้องเอกซเรย์
- ๓.แนะนำให้กลับไปพบแพทย์ที่ส่งมาตรวจ หรือ ถ้ามีทำหัตถการอื่นแนะนำว่าไปห้องไหน
- ๔.ผู้ป่วยที่มาด้วยรถเข็นนั่ง, รถเข็นนอน แจ้งพนักงานเปลมารับไปพบแพทย์ที่ส่งตรวจ

เจ้าหน้าที่รังสี เก็บอุปกรณ์และเครื่องมือ

- ๑.ทำความสะอาดแผ่น DR เมื่อแผ่นสัมผัสกับผู้ป่วย เช็ดอุปกรณ์ต่างๆที่เปื้อนสารคัดหลั่งจากผู้ป่วยตาม ขั้นตอนเทคนิค IC
- ๒.จัดหลอดเอกซเรย์ให้อยู่ในตำแหน่งบนเตียง ไม่ขวางทางเดิน
- ๓.เก็บอุปกรณ์ช่วยในการถ่ายภาพไว้ที่ตำแหน่งเดิม
- ๔.ปิดสัญญาณไฟกำลังเอกซเรย์และเครื่องดูดอากาศ เมื่อผู้ป่วยออกจากห้องแล้ว